

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY Nr/No AP 170

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 5 z/of 06.12.2024

 AP 170	Nazwa i adres / Name and address ANAX SERWIS URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH JAROSŁAW PRZEGALIŃSKI LABORATORIUM WZORCUJĄCE ANAX Marysin, ul. Perłowa 4 21-002 Jastków
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ^{*)} 3.03 ułamek molowy (analiza gazów)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 170 z dnia 10.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 06.12.2024 r. do 27.12.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 170 of 10.01.2020
Accreditation cycle from 06.12.2024 to 27.12.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Wzorcujące Anax Marysin, ul. Perłowa 4, 21-002 Jastków				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Ułamek molowy (analiza gazów)				
Analizatory spalin samochodowych			S	Procedura wewnętrzna IJ-01
CO	4 mmol/mol do 6 mmol/mol	5 %		Wzorcowanie z zastosowaniem Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (CRM)
CO	28 mmol/mol do 42 mmol/mol	3 %		
CO ₂	48 mmol/mol do 72 mmol/mol	4 %		
CO ₂	112 mmol/mol do 168 mmol/mol	4 %		
C ₃ H ₈	0,16 mmol/mol do 0,24 mmol/mol	5 %		
C ₃ H ₈	1,6 mmol/mol do 2,4 mmol/mol	3 %		

Wersja strony: A

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 170

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ


KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 06.12.2024 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION



Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF CALIBRATION LABORATORY

Nr AP 170

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

ANAX Serwis Urządzeń Diagnostycznych
Jarosław Przegaliński
Laboratorium Wzorcujące ANAX
Marysin, ul. Perłowa 4, 21-002 Jastków

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AP 170
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AP 170

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania
wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AP 170
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes
the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AP 170

Certyfikat akredytacji ważny do dnia 27.12.2020 r.
The certificate of accreditation is valid until 27.12.2020



DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

LUCYNA OLBORSKA

Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 roku